

Declaración de conformidad CE

Denominación del producto	Centrifugadora de laboratorio
Nombre del producto	Sigma 8KBS
Números de artículo	10635, 10636, 91302
Fabricante	Sigma Laborzentrifugen GmbH An der Unteren Söse 50 37520 Osterode Alemania
UDI básico según Anexo VI parte C	426073439MD01001KSOHH
Single Registration Number (SRN)	DE-MF-000009414

Nosotros, como fabricantes de los aparatos, asumimos la responsabilidad exclusiva y declaramos por la presente que los productos anteriormente mencionados cumplen las disposiciones de los siguientes reglamentos/directivas.

El producto arriba mencionado está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios, Anexo IX capítulos I y III (productos de clase IIa y clase IIb) bajo supervisión del Organismo notificado 0123, TÜV SÜD Product Service GmbH, certificado número G10 012211 0216 rev. 00.

Reglamentos	Reglamento sobre los productos sanitarios (UE) 2017/745
	Reglamento de aplicación del Reglamento (UE) 2024/2729 (UE) 2024/573 (Reglamento sobre gases fluorados)
Directivas	Directiva RoHS 2011/65/UE
	Directiva RoHS delegada (UE) 2015/863
Clase de riesgo según Anexo VIII	clase IIa

Osterode, 2025-11-04



Dr. Michael Sander, gerente